HACH® SERVICE

Fiche technique du service



Amtax sc

Analyseur d'ammonium

L'analyseur Amtax sc fournit des mesures essentielles pour le contrôle de votre processus de traitement. Laissez le service Hach® vous aider à vous assurer que la maintenance est effectuée correctement et selon le calendrier pour vous permettre d'atteindre un rendement optimal et de minimiser les risques pour votre processus et la conformité.

Avantages du service

- Garantit que la maintenance est effectuée correctement afin de maximiser le temps de disponibilité et de prolonger la durée de vie des instruments
- Élimine les tracas et le temps consacré à l'exécution du service et à la gestion des calendriers de maintenance
- Les experts de Hach peuvent détecter et prévenir les problèmes potentiels qui peuvent nuire au rendement ou entraîner une défaillance
- Garantit que les mesures essentielles sont exactes, fiables et disponibles lorsque vous en avez besoin
- Fournit la documentation nécessaire pour soutenir la conformité réglementaire

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 4 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 2 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Inspecter le système pour déceler les dommages mécaniques, les fuites et la corrosion
- Nettoyer la tubulure, le bloc-robinet, le compartiment d'analyse et le réservoir de trop-plein
- Remplacer les tampons filtreurs
- Remplacer le capuchon de membrane et l'électrolyte ou l'électrode
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente
- Effectuer une vérification en utilisant des solutions étalons certifiées

Maintenance avancée :

- Remplacer la pompe de réactif, la tête de pompe à air et le clapet antiretour
- Vérifier la pompe de nettoyage, le moteur d'agitation, le bâtonnet d'agitation et le joint du réservoir de trop-plein, et les remplacer au besoin
- Vérifier le rendement des ventilateurs, le chauffage du boîtier et l'imperméabilité à l'air
- Résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement ou l'exactitude

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
LZY465	Ensemble de pièces d'usure	1	12 mois
LZY831	Pompe de réactif	1	12 mois
LZP365	Bâtonnet d'agitation	1	Au besoin
LZY198	Joint du réservoir de trop-plein	1	Au besoin
LZY831	Pompe de nettoyage	1	Au besoin
LZY182	Moteur d'agitation	1	Au besoin

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée.
La couverture est offerte pour les réparations sur place.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : ***www.hach.com/service***