PROGNOSYS POUR AN-ISE sc, AISE sc, NISE sc

Supprimez les opérations de maintenance imprévues !

PROGNOSYS est un système de diagnostic prédictif qui aide à anticiper la maintenance de votre instrument en informant des opérations à venir. Les écarts de résultats sont-ils dus à des modifications sur votre instrument ou de l'eau analysée ? Déterminez-le avec certitude !

PROGNOSYS

Indicateur de mesure
L'indicateur de mesure surveille les composants de l'instrument. Les informations collectées servent à déterminer les besoins de maintenance de l'équipement et à prévenir l'utilisateur avant que les mesures ne perdent en fiabilité.

Indicateur d'entretien
L'indicateur d'entretien affiche le nombre de jours restants avant les prochaines opérations de maintenance ou d'entretien nécessaires.

Il est temps de planifier vos opérations de maintenance *avant* que vos mesures ne soient affectées.

MAINTENANCE REQUISE



Indicateur de mesure

Le contact entre une électrode et le capteur a été perdu.

Retirez le capuchon jaune de la nouvelle cartouche.

Il se peut qu'une électrode soit endommagée et doive être remplacée.

Une électrode arrive à la fin de son cycle de vie ; il faut peut-être nettoyer ou remplacer la cartouche.

Il y a de l'eau dans le capteur.

Erreur d'un instrument.



Indicateur d'entretien

Il reste 1 jour ou moins avant la prochaine opération de maintenance.

Il se peut qu'une électrode soit endommagée et doive être remplacée.

La différence de température utilisée pour établir la matrice de température est trop importante.

La correction de la matrice sort de la plage de température de l'échantillon.

Il faut étalonner la nouvelle cartouche.

Il faut corriger la matrice.

EN ATTENTE DE MAINTENANCE



Indicateur de mesure

Les électrodes commencent à s'user.

Il se peut qu'une électrode soit endommagée et doive être remplacée.

Le délai de correction d'une matrice est dépassé depuis plus de 30 jours.

La différence de température utilisée pour établir la correction de la matrice de température est trop importante.

La correction de la matrice sort de la plage de température de l'échantillon.

Avertissement d'un instrument.



Indicateur d'entretien

Il reste entre 2 et 14 jours avant la prochaine opération de maintenance (personnalisable).

Le code RFID est illisible.

PERFORMANCES DE MAINTENANCE



Indicateur de mesure

Les électrodes sont en bon état.

La cartouche est neuve (100 %) ; il faut étalonner la nouvelle cartouche (95 %).

L'âge de la cartouche est optimal (100 %) ; la cartouche doit bientôt être remplacée (90 %).

Aucune correction de matrice n'est prévue (100 %) ou une correction de matrice est dépassée (76à99 %).

La correction de la matrice se situe dans la plage de température de l'échantillon.



Indicateur d'entretien

Il reste entre 7 et 14 jours avant la prochaine opération de maintenance (personnalisable).

Le code RFID est lisible.

De nombreux paramètres et opérations pris en compte par l'indicateur de maintenance seront également affichés par l'indicateur d'entretien si les composants des instruments liés nécessitent une maintenance prochaine.

DOC053.77.30234.Apr15

HACH LANGE