
Certificado de Análisis Datos técnicos para la Validación cloro libre en polvo Almohadas (0.02 – 2.00 mg/L)

Los datos de este certificado de análisis sigue los estándares de aprobación USEPA Método 8021 y ISO 8466.

Número de catálogo	2105569
Fecha del certificado	19 de agosto 2015
Número de lotes	50

Sensibilidad (0.010 Cambio de Absorbancia)	0.02 mg/L Cl_2
Reactivo Blanco	0.01 mg/L Cl_2
Exactitud	1.5 %
Intervalo de Confianza (95%)	0.3 %
Método Desviación Estándar	0.03 mg/L Cl_2
Método Coeficiente de variación	1.5 %
Límite de detección	0.02 mg/L Cl_2
Límite Cuantificación	0.05 mg/L Cl_2

Valor Esperado mg/L Cl_2	**Valor Promedio Obtenido mg/L Cl_2**
2.00	1.97



HACH®
Be Right™

Scott Als, Quimico de Control Calidad

Scott Als