DR LANGE

Programmieranleitung CADAS 100 LPG 158

Küvetten-Test LCK 326

Magnesium

Ausgabe 98/04

Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der Reagenzien identisch sein. Nur so ist gewährleistet, daß Sie die korrekten Daten in Ihr Gerät einprogrammieren.

Hinweis!
Sollten Sie während der Programmierung einen Fehler machen, können Sie die letzte Eingabe durch Drücken der Taste [→] auf der Tastatur rückgängig machen.

Die Eingabezeichen [R‡] und [L‡] bezeichnen die rechte und linke [‡] Taste.

Programmierung von LCK 326 Magnesium

- Programm **PRG** (Programmierung eines Testes, siehe ***Seite 1***) anwählen bzw.
- Programm **VAR** (Variation eines Testes, siehe ***Seite 2***) anwählen.

Magnesium (Programm PRG) Display-Anzeige	Eingabe ***Meßbereich I***		Eingabe ***Meßbereich II***	
Programmnummer:	z. B. 1	[↵]	z. B. 1	[↵]
Name:	MAGNESIUM	[↵]	MAGNESIUM	[↵]
Symbol:	[L‡] $ 326 [R‡] n	[↵]	[L‡] $ 326 [R‡] h	[↵]
Anzahl der Meßpunkte:	2	[↵]	2	[↵]
Δt = ... min		[↵]		[↵]
λ_1 = ... nm	572	[↵]	572	[↵]
λ_2 = ... nm		[↵]		[↵]
Sald:	1	[↵]	1	[↵]
$K_1 = E$	1		1	
$K_1 = E_1 \times F$	1		1	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E$	2		2	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F$	2		2	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + E$	0		0	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F$	3		3	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F_3 + E$		[↵]		[↵]
$K_2 = E$		[↵]		[↵]
Faktor: 1 =	-23.17	[↵]	-87.11	[↵]
Faktor: 2 =	23.17	[↵]	87.11	[↵]
Faktor: 3 =	5.44	[↵]	4.77	[↵]
Dimension$_1$:	mg [L‡]/[R‡] l	[↵]	mg [L‡]/[R‡] l	[↵]
Zusatz$_1$:		[↵]		[↵]

Die komplette Dateneingabe wird auf dem Drucker dokumentiert. Die vollständige Übernahme in den Speicher wird durch den Ausdruck **»gespeichert«** bestätigt. Bitte vergleichen Sie den Ausdruck nochmals mit den einzugebenden Daten.

DR LANGE

Programming instructions
CADAS 100 LPG 185

Cuvette-Test
LCK 326 *Page 1*

Magnesium

Edition 98/04

Attention! The edition date of this programming instruction must be identical to the edition date of the intruction attached to the reagents. This is the only way to ensure that your instrument will be programmed with the correct data.

Please note!
If you make an error during programming, you can cancel the last entry by pressing the key [→] on the keyboard.

The input symbols [R‡] and [L‡] indicate the right and left [‡] keys respectively.

Programming of LCK 326 Magnesium

- Select the program **PRG** (programming of a test, see ***page 1***) or
- Select the program **VAR** (variation of a test, see ***page 2***.

Magnesium (Program PRG) Display	Input via keyboard ***Measuring range I***		Input via keyboard ***Measuring range II***	
Program number:	for example 1	↵	for example 1	↵
Name:	MAGNESIUM	↵	MAGNESIUM	↵
Symbol:	[L‡] $ 326 [R‡] n	↵	[L‡] $ 326 [R‡] h	↵
Number of measurement points:	2	↵	2	↵
Δt = ... min		↵		↵
λ_1 = ... nm	572	↵	572	↵
λ_2 = ... nm		↵		↵
Sald:	1	↵	1	↵
$C_1 = A$	1		1	
$C_1 = A_1 \times F$	1		1	
$C_1 = A_1 \times F_1 + A$	2		2	
$C_1 = A_1 \times F_1 + A_2 \times F$	2		2	
$C_1 = A_1 \times F_1 + A_2 \times F_2 + A$	0		0	
$C_1 = A_1 \times F_1 + A_2 \times F_2 + F$	3		3	
$C_1 = A_1 \times F_1 + A_2 \times F_2 + F_3 + A$		↵		↵
$C_2 = A$		↵		↵
Factor: 1 =	-23.17	↵	-87.11	↵
Factor: 2 =	23.17	↵	87.11	↵
Factor: 3 =	5.44	↵	4.77	↵
Dimension$_1$:	mg [L‡]/[R‡] l	↵	mg [L‡]/[R‡] l	↵
Extension$_1$:		↵		↵

All data entries are documented on the printer; their transfer to storage is confirmed by the printer message **»stored«**.
You should check the printed data to ensure that all entries are correct.

DR LANGE

Instruction de programmation
CADAS 100 LPG 186

Test en Cuve
LCK 326 ***Page 1***

Magnésium

Edition 98/04

Attention! La date d'édition de ces instructions doit être identique à celle du mode d'emploi des réactifs.
Dans ce cas seulement, vous êtes assurés d'entrer les bonnes données dans votre appareil.

Conseil!
En cas d'erreur durant la programmation, vous pouvez revenir sur la dernière entrée en utilisant la touche [→]
sur le clavier.

Les touches d'édition [R‡] et [L‡] servent de touche droite et gauche [‡].

Programmation du LCK 326 Magnésium

- Sélectionner le programme **PRG** (pour programmer un test, voir ***page 1***) ou
- Sélectionner le programme **VAR** (pour modifier un test, voir ***page 2***).

Magnésium (Programme PRG) Display	Commande sur le clavier ***Gamme de mesure I***		Commande sur le clavier ***Gamme de mesure II***	
Numéro de programme:	par example 1	[↵]	par example 1	[↵]
Nom:	MAGNESIUM	[↵]	MAGNESIUM	[↵]
Symbole:	[L‡] $ 326 [R‡] n	[↵]	[L‡] $ 326 [R‡] h	[↵]
Nombre de points de mesure:	2	[↵]	2	[↵]
Δt = ... min		[↵]		[↵]
λ_1 = ... nm	572	[↵]	572	[↵]
λ_2 = ... nm		[↵]		[↵]
Sald:	1	[↵]	1	[↵]
$K_1 = E$	1		1	
$K_1 = E_1 \times F$	1		1	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E$	2		2	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F$	2		2	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + E$	0		0	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F$	3		3	
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F_3 + E$		[↵]		[↵]
$K_2 = E$		[↵]		[↵]
Facteur: 1 =	-23.17	[↵]	-87.11	[↵]
Facteur: 2 =	23.17	[↵]	87.11	[↵]
Facteur: 3 =	5.44	[↵]	4.77	[↵]
Dimension$_1$:	mg [L‡]/[R‡] l	[↵]	mg [L‡]/[R‡] l	[↵]
Supplément$_1$:		[↵]		[↵]

L'ensemble des données est imprimé. Le transfert complet des données dans la mémoire est confirmé par le message **»mémorisé«**.
Vérifiez que les données imprimées corresspondent bien à celles que vous avez entrées.

DR LANGE

Programmieranleitung CADAS 100 LPG 158

Küvetten-Test LCK 326

Magnesium

Ausgabe 98/04

Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der Reagenzien identisch sein. Nur so ist gewährleistet, daß Sie die korrekten Daten in Ihr Gerät einprogrammieren.

Hinweis!
Sollten Sie während der Programmierung einen Fehler machen, können Sie die letzte Eingabe durch Drücken der Taste [→] auf der Tastatur rückgängig machen.

Die Eingabezeichen [R‡] und [L‡] bezeichnen die rechte und linke [‡] Taste.

Programmierung von LCK 326 Magnesium

- Programm **PRG** (Programmierung eines Testes, siehe ***Seite 1***) anwählen bzw.
- Programm **VAR** (Variation eines Testes, siehe ***Seite 2***) anwählen.
  Taste unter Symbol »*$ 326 n*« (***Meßbereich I***) bzw. »*$ 326 h*« (***Meßbereich II***) anwählen.

Magnesium (Programm VAR) Display-Anzeige		Eingabe ***Meßbereich I***		Eingabe ***Meßbereich II***	
Name:	MAGNESIUM		↵		↵
Symbol:	$ 326 n bzw. $ 326 h		↵		↵
Anzahl der Meßpunkte:	2		↵		↵
Δt_1 = … min	00		↵		↵
λ_1 = … nm	572		↵		↵
λ_2 = … nm	000		↵		↵
Sald:	01		↵		↵
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F_3 + E$			↵		↵
$K_2 = E$			↵		↵
Faktor: 1 =		-23.17	↵	-87.11	↵
Faktor: 2 =		23.17	↵	87.11	↵
Faktor: 3 =		5.44	↵	4.77	↵
Dimension$_1$:	mg/l		↵		↵
Zusatz$_1$:			↵		↵

Die komplette Dateneingabe wird auf dem Drucker dokumentiert. Die vollständige Übernahme in den Speicher wird durch den Ausdruck **»gespeichert«** bestätigt. Bitte vergleichen Sie den Ausdruck nochmals mit den einzugebenden Daten.

DR LANGE

Programming instructions
CADAS 100 LPG 185

Cuvette-Test
LCK 326 **Page 2**

Magnesium

Edition 98/04

Attention! The edition date of this programming instruction must be identical to the edition date of the intruction attached to the reagents. This is the only way to ensure that your instrument will be programmed with the correct data.

Please note!
If you make an error during programming, you can cancel the last entry by pressing the key [→] on the keyboard.

The input symbols [R‡] and [L‡] indicate the right and left [‡] keys respectively.

Programming of LCK 326 Magnesium

- Select the program **PRG** (programming of a test, see ***page 1***) or
- Select the program **VAR** (variation of a test, see ***page 2***.
  Select function key below symbol »$ 326 n« (***Measuring range I***) or »$ 326 h« (***Measuring range II***).

Magnesium (Program VAR) Display		Input via keyboard ***Measuring range I***		Input via keyboard ***Measuring range II***	
Name:	MAGNESIUM		↵		↵
Symbol:	$ 326 n or $ 326 h		↵		↵
Number of measurement points:	2		↵		↵
Δt_1 = … min	00		↵		↵
λ_1 = … nm	572		↵		↵
λ_2 = … nm	000		↵		↵
Sald:	01		↵		↵
$C_1 = A_1 \times F_1 + A_2 \times F_2 + F_3 + A$			↵		↵
$C_2 = A$			↵		↵
Factor: 1 =		-23.17	↵	-87.11	↵
Factor: 2 =		23.17	↵	87.11	↵
Factor: 3 =		5.44	↵	4.77	↵
Dimension$_1$:	mg/l		↵		↵
Extension$_1$:			↵		↵

All data entries are documented on the printer; their transfer to storage is confirmed by the printer message **»stored«**.
You should check the printed data to ensure that all entries are correct.

DR LANGE

Instruction de programmation
CADAS 100 LPG 186

Test en Cuve
LCK 326 **Page 2**

Magnésium

Edition 98/04

Attention! La date d'édition de ces instructions doit être identique à celle du mode d'emploi des réactifs.
Dans ce cas seulement, vous êtes assurés d'entrer les bonnes données dans votre appareil.

Conseil!
En cas d'erreur durant la programmation, vous pouvez revenir sur la dernière entrée en utilisant la touche [→]
sur le clavier.

Les touches d'édition [R‡] et [L‡] servent de touche droite et gauche [‡].

Programmation du LCK 326 Magnésium

- Sélectionner le programme **PRG** (pour programmer un test, voir ***page 1***) ou
- Sélectionner le programme **VAR** (pour modifier un test, voir ***page 2***).
  Appuyer la touche sous »*$ 326 n*« (***Gamme de mesure I***) ou »*$ 326 h*« (***Gamme de mesure II***) .

Magnésium (Programme VAR) Display		Commande sur le clavier ***Gamme de mesure I***		Commande sur le clavier ***Gamme de mesure II***	
Nom:	MAGNESIUM		↵		↵
Symbole:	$ 326 n ou $ 326 h		↵		↵
Nombre de points de mesure:	2		↵		↵
Δt_1 = … min	00		↵		↵
λ_1 = … nm	572		↵		↵
λ_2 = … nm	000		↵		↵
Sald:	01		↵		↵
$K_1 = E_1 \times F_1 + E_2 \times F_2 + F_3 + E$			↵		↵
$K_2 = E$			↵		↵
Facteur: 1 =		-23.17	↵	-87.11	↵
Facteur: 2 =		23.17	↵	87.11	↵
Facteur: 3 =		5.44	↵	4.77	↵
Dimension$_1$:	mg/l		↵		↵
Supplément$_1$:			↵		↵

L'ensemble des données est imprimé. Le transfert complet des données dans la mémoire est confirmé par le message **»mémorisé«**.
Vérifiez que les données imprimées corresspondent bien à celles que vous avez entrées.